

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN SẢN NHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 379/BVSN-KD
V/v mời chào giá vật tư tiêu hao thông
thường

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: - Sở Y tế Quảng Ninh
- Các đơn vị quan tâm

Căn cứ Văn bản số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-BVSN ngày 12/01/2022 của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh về việc ban hành quy trình thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất, y dụng cụ phục vụ hoạt động thường xuyên của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh;

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hao thông thường (*Chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm*).

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hóa chất nêu trên báo giá và cung cấp thông tin theo mẫu tại phụ lục 2.

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 04/4/2022 đến trước 14 giờ 00 ngày 08/4/2022.

Địa điểm nhận báo giá: Khoa Dược – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh (*Địa chỉ: khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh*)

Điện thoại liên hệ: 02033.696568 hoặc 0915.694.888

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Nt (Phê duyệt);
- Lưu: VT, KHTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Minh Cường

Phụ lục
(kèm theo Công văn số 379/BVSN-KD ngày 4/4/2022 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh)



STT	Tên hàng hóa ★	Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Điện cực tim người lớn	Kích thước 43x45mm (±5%). Tổng diện tích bề mặt là 1.017 mm ² (±5%). Bề mặt gel 401 mm ² (±5%). Bề mặt kết dính 616 mm ² (±5%). Bề dày ≥ 0,8mm. Miếng lót làm bằng polyethylene (hoặc chất liệu tương đương). Cắm biến được làm bằng polymer chứa cacbon và tráng lớp Ag/AgCl (hoặc chất liệu tương đương). Không chứa chất DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	5.000
2	Điện cực tim trẻ em	Kích thước 32x42mm (±5%). Tổng diện tích bề mặt là 1.017 mm ² (±5%). Bề mặt gel 401 mm ² (±5%). Bề mặt kết dính 616 mm ² (±5%). Bề dày ≥ 0,8mm. Miếng lót làm bằng polyethylene (hoặc chất liệu tương đương). Cắm biến được làm bằng polymer chứa cacbon và tráng lớp Ag/AgCl (hoặc chất liệu tương đương). Không chứa chất DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	5.000
3	Mask thở oxy người lớn	Làm từ nhựa PVC y tế an toàn dẻo, mềm mại, trong suốt, dây chịu xoắn. Dây dẫn thở oxy dài 2m. Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Kẹp mũi có thể điều chỉnh được. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	200
4	Mask thở oxy trẻ em	Làm từ nhựa PVC y tế an toàn dẻo, mềm mại, trong suốt, dây chịu xoắn. Dây dẫn thở oxy dài 2m. Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Kẹp mũi có thể điều chỉnh được. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	600
5	Mask khí dung Trẻ em	Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt. Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung. Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m. Mặt nạ có dây đeo. Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	600



6	Mask khí dung trẻ sơ sinh	Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt. Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung. Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m. Mặt nạ có dây đeo. Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	1.000
7	Khẩu trang hô hấp	Khẩu trang chuyên dụng dành cho y tế. Hiệu suất lọc vi khuẩn: $\geq 95\%$. Đạt tiêu chuẩn (NIOSH N95, ISO 13485) hoặc tương đương	Cái	2.000
8	Bộ cáp đo huyết áp động mạch xâm lấn máy GE	Độ nhạy: 5pV/V/mmHg +1%. Khoảng bơm áp lực hoạt động: từ -30 đến 300 mmHg. Dòng dò: $<2\mu A$. Bảo vệ quá áp: 6464 mmHg. Nhiệt độ hoạt động: từ +15 C đến +40 C. Thời gian sử dụng: 168 giờ Nhiệt độ lưu trữ: -25 C đến +70 C. Trở kháng đầu ra: 270 đến 330 Ohms. Tương thích với monitor GE B401	Bộ	70
9	Bộ dẫn lưu áp lực âm	Dẫn lưu áp lực âm liên tục và chủ động, dải áp lực từ 25-200cmH ₂ O, kèm van một chiều chống trào ngược và nhiễm khuẩn, kèm theo catheter dẫn lưu và túi đựng dịch 800ml	Bộ	50
10	Đầu côn xanh	Chất liệu PP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	10.000
11	Đầu côn vàng	Chất liệu PP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	150.000
12	Đè lưỡi gỗ	Vật liệu bằng gỗ bở dẽ hoặc gỗ mỡ, không mùi, khử trùng bằng khí EO, không gây độc, không gây kích thích, dùng một lần.	Cái	50.000
13	Miếng dán (opside) phẫu thuật cỡ 6,5x5cm	Miếng dán(opside) phẫu thuật cỡ 6,5x5cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Miếng	400
14	Phin lọc máy thở	Filter lọc khuẩn có trọng lượng 34gam, mỏng nhẹ, màng lọc khuẩn màu trắng được dệt từ chất liệu lọc khuẩn. Vỏ ngoài nguyên liệu Styrolux trong suốt để quan sát, có công đo CO ₂ có nắp đậy. Thể tích lưu thông khí tối thiểu 200ml, thể tích nén: 47m, sức kháng: 293pa. Khả năng lọc tới 99,99%. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016,CE,CFS hoặc tương đương	Cái	200
15	Dây cao su phi 8	Được làm từ cao su. Không gây kích ứng	Kg	500

16	Gel siêu âm	gồm tối thiểu các thành phần, Hydro ethyl cellulo, carbomer, glycerin, nipagin, nipasol, peg, nước tinh khiết. Độ PH 3-7. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Can	250
17	Băng chỉ thị nhiệt	Chiều dài: 55m, rộng 1,8cm. Dùng cho chỉ thị nhiệt ướt, vạch chỉ thị đổi màu khi nhiệt độ tiệt khuẩn đạt 121-134°C. Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học, sử dụng trong hấp ướt-Thành phần không chứa. Chỉ nên không gây độc hại. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CFG hoặc tương đương	Cuộn	500
18	Kẹp rôn	Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Không chứa độc tố DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	9.000
19	Mũ phẫu thuật vô trùng	Sản xuất từ nguyên liệu gạch không dệt, thông thoáng, mềm mại, đảm bảo bao phủ mọi kiểu tóc. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	50.000
20	Bao cao su	Bao cao su được bôi trơn với dung dịch silicone có độ nhớt từ 200-350 CS. Tổng trọng lượng bôi trơn và hương liệu là : 550 mmHg± 150mmHg. Không mùi, trong mờ và không màu, độ dài 0,065± 0,015mm, chiều dài ≥ 170mm. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương	Cái	100.000
21	Giấy in cho máy monitor sản khoa	Giấy in nhiệt, kiểu xấp. Tương thích với máy monitor theo dõi sản khoa Philips, model: Avelon FM 20. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương	Tệp	3.000
22	Gel bôi trơn	Gel bôi trơn tan trong nước, dùng bôi trơn trong nội soi, thăm khám, bôi trơn âm đạo. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 hoặc tương đương. Đã được tiệt trùng. Quy cách: Tuýp ≥82g.	Tube	200
23	Dầu parafin dạng ống	Trạng thái: Parafin. Quy cách: Thể tích ≥ 5ml/ống	Ống	5.000
24	Nước cất 1 lần	Nước cất 1 lần. Tiêu chuẩn cơ sở hoặc tương đương	Lít	1.000
25	Nước cất 2 lần	Nước cất 2 lần. Tiêu chuẩn cơ sở hoặc tương đương	Lít	200
26	Ống nghiệm nhựa 1,2 x7.5cm	Ống nghiệm nhựa PS/PP 5ml (12 x 75mm) màu trắng. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	100.000
27	Ống chống đông heparin lấy bệnh phẩm phân tích sinh hóa	Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PP mới 100%. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Heparin, chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3.000 vòng/phút trong thời gian từ 5-10 phút. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Khay	1.000



28	Vòng tránh thai	Vòng tránh thai. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương	Cái	500
29	Bộ đo huyết áp đồng hồ	Bộ đo huyết áp đồng hồ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Bộ	30
30	Ống thông khí tai	Được làm bằng nhựa hoặc kim loại. Dùng để tạo ra một đường thông khí tai giữa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	300
31	Gạc Meche	Thành phần: Sản xuất từ sợi 100% Cotton, mật độ 18±2 sợi/inch. Tẩy trắng bằng oxy già, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Độ pH: trung tính. Độ trắng ≥ 80%. Kích thước 3,5cm x 75cm x 6 lớp. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	30.000
32	Màng mổ Ioban	Là loại màng mổ phóng thích Iodine liên tục trong suốt quá trình sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC hoặc tương đương	Miếng	40
Tổng cộng: 32 khoản				



Tên nhà thầu: Công ty
 Địa chỉ liên hệ:
 Điện thoại:
 Email:

PHỤ LỤC 2
BỘ GIÁO TRÌNH THIẾT BỊ, HOÁ CHẤT, SINH PHẨM Y TẾ

Công ty xin gửi lời quý trọng/đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau:

Đơn vị: VNĐ

STT	Mã hàng hóa đăng chung theo quy định	Tên hàng hóa	Tên Thương mại, Ký mã hiệu hàng hóa	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu.	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Đơn giá (VAT)	Hàng chủ sở hữu	Hàng sản xuất	Nước sản xuất	Nước cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do	Phân loại TTBYT (A,B,C,D)	Phân nhóm theo TT 14/2020	Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất			Ghi Chú			
														Giá trúng thầu	Số QĐ phê duyệt trúng thầu	Ngày QĐ phê duyệt trúng thầu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1																				
2																				
3																				

Ghi chú:
 (09) là giá trọn gói bao gồm các loại thuế, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Bệnh viện. Giá trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế.
 Bao giá này có hiệu lực kể từ ngày ký

Ngày.....tháng.....năm 2022

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
 [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]