

Số: 1021 /TB-TTYT

V/v xin thông báo nhu cầu Sửa chữa, thay thế vật tư Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5T phục vụ hoạt động chuyên môn cho Trung tâm Y tế TX Đông Triều năm 2022

Đông Triều, ngày 12 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO
MỜI BÁO GIÁ SỬA CHỮA THAY THẾ VẬT TƯ HỆ THỐNG CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ 1.5T

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Thực hiện Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập và Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT;

Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều có nhu cầu Sửa chữa, thay thế vật tư Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5T phục vụ hoạt động chuyên môn cho Trung tâm Y tế TX Đông Triều năm 2022 (chi tiết theo phụ lục đính kèm);

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng Sửa chữa, thay thế vật tư Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5T nêu trên, báo giá và cung cấp thông tin như sau:

- 1/ Tên hàng hóa, hãng sản xuất, nước sản xuất, thông số kỹ thuật;
- 2/ Nhóm cụ thể của từng loại vật tư. Nếu không phân nhóm ghi rõ lý do;
- 3/ Giá cụ thể của từng loại vật tư thay thế (Giá hàng hóa là giá hàng mới 100% đã bao gồm các loại thuế và các chi phí khác, giao hàng hóa và thực hiện công việc tại Trung tâm y tế thị xã Đông Triều)

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 12/7/2022 đến trước 16 giờ 00 ngày 20/7/2022.


Hình thức nhận báo giá: Bằng văn bản giấy (đơn vị quan tâm có thể gửi trước file Scan bảng báo giá qua Email: ttytdt.syt@quangninh.gov.vn)

Địa điểm nhận báo giá: Phòng KHTH - VTTTBYT - Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều (Địa chỉ: Phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh); Email: ttytdt.syt@quangninh.gov.vn

Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều trân trọng thông báo! *THT*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Bộ phận CNTT trung tâm;
- SYT Quảng Ninh (để đăng tải)
- Lưu VT, KHTH.



Lê Kỳ Trường

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TX ĐÔNG TRIỀU

PHỤ LỤC

(Báo giá theo bản thông báo mời chào giá số 1021 TB-TTYT, ngày 12/07/2022
của TTYT TX Đông Triều)

STT	Nội dung	Thông tin chi tiết	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	XFD-PS with FRU packing RoHS compliant (Khối nguồn cấp cho các trục định hướng dùng cho máy MRI)	Mã hàng: 5341543-52 Hãng sản xuất: Wipro GE Healthcare Pvt. Ltd Nước sản xuất: Ấn Độ Thông số kỹ thuật: - Giao tiếp với hệ thống thông qua Bộ xử lý chênh từ (Gradient Processor – GP). - Có tụ điện hai lớp với điện dung 5F giúp giảm công suất đỉnh đầu vào. - Nhiệt độ hoạt động: trong khoảng từ 15 độ C đến 35 độ C - Độ ẩm hoạt động: trong khoảng 30% đến 75% (không ngưng tụ) Nguồn điện đầu vào: Nguồn AC 208 VAC ± 10%, 50/60 Hz, 15kVA liên tục - Nguồn điện đầu ra: + Trục X nguồn 200V: Điện áp đầu ra (không tải): 200 V (+/-15V), Dòng điện định mức tối thiểu: 50A + Trục X bên thấp nguồn 700V: Điện áp đầu ra (không tải): 700 V (+/-50V), Dòng điện định mức tối thiểu: 5A + Trục X bên cao nguồn 700V: Điện áp đầu ra (không tải): 700 V (+/-50V), Dòng điện định mức tối thiểu: 5A + Trục Y nguồn 200V: Điện áp đầu ra (không tải): 200 V (+/-15V), Dòng điện định mức tối thiểu: 50A + Trục Y bên thấp nguồn 700V: Điện áp đầu ra (không tải): 700 V (+/-50V), Dòng điện định mức tối thiểu: 5A + Trục Y bên cao nguồn 700V: Điện áp đầu ra (không tải): 700 V (+/-50V), Dòng điện định mức tối thiểu: 5A + Trục Z nguồn 200V: Điện áp đầu ra (không tải): 200 V (+/-15V), Dòng điện định mức tối thiểu: 50A	Bộ	01	



		+ Trục Z bên thấp nguồn 700V: Điện áp đầu ra (không tải): 700 V (+/-50V), Dòng điện định mức tối thiểu: 5A + Trục Z bên cao nguồn 700V: Điện áp đầu ra (không tải): 700 V (+/-50V), Dòng điện định mức tối thiểu: 5A			
--	--	---	--	--	--

