

Số: 979/TB-BVĐKCP

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v mời báo giá máy thận nhân tạo phục vụ công tác chuyên môn (lần 2)

Kính gửi: Các công ty sản xuất/ nhập khẩu/ kinh doanh trang thiết bị y tế

Căn cứ Văn bản số 5888/GYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT;

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả đang có nhu cầu mua sắm máy thận nhân tạo phục vụ công tác chuyên môn. (Chi tiết danh mục hàng hóa tại Phụ lục 1 kèm theo).

Kính mời các công ty quan tâm, có khả năng cung cấp trang thiết bị y tế nêu trên cung cấp thông tin và báo giá hàng hóa bao gồm các tài liệu sau:

- Bảng cung cấp thông tin hàng hóa và chào giá: Theo mẫu tại phụ lục 2
- Tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật, riêng đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế đơn vị cung cấp thêm tài liệu phân loại TTBYT, tài liệu phân nhóm TTBYT theo Thông tư 14/2020/TT-BYT (CFS, FDA, chứng chỉ lưu hành tự do...) và các tài liệu liên quan.
- Thời hạn cung cấp thông tin: Trước 16 giờ 00 ngày 27/09/2022.

Hình thức nhận báo giá: 01 bản nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện và 01 gửi bản điện tử về địa chỉ hòm thư phongttb.bvcp@gmail.com

Địa điểm nhận báo giá: Bộ phận quản lý trang thiết bị, Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả

- Địa chỉ: Số 371 đường Trần Phú. Phường Cẩm Thành, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033 862 245

- Địa chỉ email: phongttb.bvcp@gmail.com

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KHTH, SYT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, TTB.

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Hương

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số 979/TB-BVĐKCP ngày 23/09/2022 của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật cơ bản (Tham khảo)	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy thận nhân tạo	<p>I. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none">- Thiết bị được sản xuất năm 2022 trở về sau, mới 100%- Đạt các tiêu chuẩn: CE, ISO 13485 hoặc tương đương.- Điện áp: 230V±10%, Tần số 50-60Hz- Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 40°C <p>II. Yêu cầu hình</p> <ul style="list-style-type: none">- Máy chạy thận nhân tạo kèm phụ kiện tiêu chuẩn:+ Giá treo màng lọc thận: 01 Cái+ Thanh treo dịch truyền: 01 Cái+ Tay quay bơm máu dự phòng khi mất điện: 01 Cái+ Dây dẫn nước cấp RO, dây dẫn nước thải: 01 bộ+ Nguồn điện dự trữ tích hợp: 01 bộ+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì bằng Tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ.	Chiếc	06

PHỤ LỤC 2
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 979/TB-BVĐKCP ngày 23/09/2022 của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả)

Thông tin của đơn vị báo giá
(Tên, địa chỉ, số điện thoại, email)

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả - Quảng Ninh

Chúng tôi (tên đơn vị.....) có địa chỉ tại:

Xin gửi đến Quý Bệnh viện báo giá và thông tin của hàng hóa như sau:

STT	Tên thiết bị	Tên Thương mại, ký mã hiệu	Thông số kỹ thuật cơ bản	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu.	ĐVT	Đơn giá	Hãng chủ sở hữu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Nước cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do	Phân nhóm theo TT 14/2020	Phân loại TTBYT (A,B,C,D)	Mã kê khai theo ND 98	Ghi Chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
1	...													
2	...													

Ghi chú:

Đơn vị phải cung cấp đầy đủ thông tin vào các cột chưa điền thông tin

(8) Đơn giá là giá trọn gói bao gồm các loại thuế, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả .

(16, 17, 18) Giá trúng thầu ưu tiên giá đã được công khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế; Đơn vị cung cấp kèm theo bản san hợp đồng đã trúng thầu (nếu có) kèm theo.

**Đại diện hợp pháp của
đơn vị báo giá**

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng
dấu]

