

Số: 765/TM- TTYT

Đông Triều, ngày 19 tháng 05 năm 2023

“ V/v mua sắm vật tư thay thế cho hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5T từ nguồn quỹ hoạt động sự nghiệp của TTYT tx. Đông Triều”

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ

**Kính gửi: Các Công ty/doanh nghiệp quan tâm.**

Căn cứ Công văn số 1099/UBND-VX5 ngày 11/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc chủ trương mua sắm vật tư thay thế cho hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5T từ nguồn quỹ hoạt động sự nghiệp của TTYT tx. Đông Triều

Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều có nhu cầu mua sắm vật tư thay thế cho hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5T cụ thể như sau:

STT	Tên chủng loại	Đơn vị tính	Số lượng
1	<b>XFD-PS with FRU packing RoHS compliant (Khối nguồn cấp cho các trục định hướng dùng cho máy MRI)</b> Mã hàng: 5341543-52 Hãng sản xuất: Wipro GE Healthcare Pvt. Ltd Nước sản xuất: Ấn Độ - Giao tiếp với hệ thống thông qua Bộ xử lý chênh từ (Gradient Processor – GP). - Có tụ điện hai lớp với điện dung 5F giúp giảm công suất đỉnh đầu vào. - Nhiệt độ hoạt động: trong khoảng từ 15 độ C đến 35 độ C - Độ ẩm hoạt động: trong khoảng 30% đến 75% (không ngưng tụ) Nguồn điện đầu vào: Nguồn AC 208 VAC ± 10%, 50/60 Hz, 15kVA liên tục - Nguồn điện đầu ra: + Trục X nguồn 200V: Điện áp đầu ra (không tải): 200 V (+/-15V), Dòng điện định mức tối thiểu: 50A + Trục X bên thấp nguồn 700V: Điện áp đầu ra (không tải): 700 V (+/-50V), Dòng điện định mức tối thiểu: 5A + Trục X bên cao nguồn 700V: Điện áp đầu ra (không tải): 700 V (+/-50V), Dòng điện định mức tối thiểu: 5A + Trục Y nguồn 200V: Điện áp đầu ra (không tải): 200 V (+/-15V), Dòng điện định mức tối thiểu: 50A	Bộ	1

+ Trục Y bên thấp nguồn 700V: Điện áp đầu ra (không tải): 700 V (+/-50V), Dòng điện định mức tối thiểu: 5A + Trục Y bên cao nguồn 700V: Điện áp đầu ra (không tải): 700 V (+/-50V), Dòng điện định mức tối thiểu: 5A + Trục Z nguồn 200V: Điện áp đầu ra (không tải): 200 V (+/-15V), Dòng điện định mức tối thiểu: 50A + Trục Z bên thấp nguồn 700V: Điện áp đầu ra (không tải): 700 V (+/-50V), Dòng điện định mức tối thiểu: 5A + Trục Z bên cao nguồn 700V: Điện áp đầu ra (không tải): 700 V (+/-50V), Dòng điện định mức tối thiểu: 5A		
--	--	--

Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều gửi thư mời để đơn vị có đủ điều kiện, năng lực tham gia.

- Các đơn vị gửi báo giá gồm các thông tin sau: Tên hàng hoá; thông số kỹ thuật; hãng, nước chủ sở hữu; nước sản xuất; năm sản xuất; số lượng; đơn giá; thành tiền; Giá kê khai – mã kê khai (nếu có).

Văn bản báo giá của công ty đề nghị gửi về:

- Địa chỉ email: hoidongmuasamttytdt@gmail.com, đồng thời văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp và gửi qua đường công văn về Trung tâm.

- Địa chỉ tiếp nhận: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều. Khu 5 – Phường Đức Chính – Tx. Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh. (Hội đồng mua sắm, sửa chữa). Điện thoại: 0203.3870.061.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá từ ngày 19/05/2023 đến hết ngày 28/05/2023  
(bao gồm cả thứ 7, chủ nhật)

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị công ty liên hệ

1. Ds. Nguyễn Thị Hà - Số điện thoại: 090.6.612.803

2. Ks. Phạm Trung Dũng – Số điện thoại: 036.2.302.999

Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều trân trọng thông báo. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc ( để b/c)
- Lưu: VT; HDMS-SC

**GIÁM ĐỐC**



**Lê Kỳ Trường**

