

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất chưa lựa chọn được nhà thầu của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2023-2024 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh – khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Anh Tuấn, Phó khoa – Phụ trách khoa Dược, SĐT: 0915.694.888, email: duocsannhi@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh – khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Nhận qua email: duocsannhi@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 26 tháng 02 năm 2024 đến trước 17h ngày 11 tháng 03 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11 tháng 03 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):

Stt	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
	Hóa chất, vật tư dùng chung cho các xét nghiệm			
1	Màng phẫu thuật Ioban	Màng phẫu thuật có chứa chất kháng khuẩn (Iodine) được phủ bên dưới màng phim. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Miếng	40

2	Que thử đường huyết loại 1	Sử dụng được cho máy xét nghiệm đường huyết Carensens N. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Test	5.000
3	Que thử đường huyết loại 2	Mã hóa tự động thực. Điện cực vàng, không bị rỉ sét. Đường đi của máu mẫu tới sensor ngắn (≤ 1 cm). Tương thích với máy thử đường huyết hãng GE200. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Test	15.000
4	Đường glucoza xét nghiệm	Đường glucoza dùng cho xét nghiệm liệu pháp đường huyết. Túi ≥ 500 g.	Túi	300
5	Thuốc nhuộm Nigrosin	Dung dịch Nigrosin 10%. Chai ≥ 2 ml	Chai	20
6	Hóa chất nhuộm Hematoxylin dạng bột	Hoá chất hoạt tính: Hematoxylin 4,7%, Alum Ammonium Sulfate 94,8%. Hóa chất chuyên dụng dành cho quá trình nhuộm tiêu bản mô tế bào học xét nghiệm chuẩn đoán ung thư. Bao gồm có Hematoxylin B và Hematoxylin A. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Hộp	2
7	Dung dịch nhuộm phiên đồ âm đạo màu cam	Thuốc nhuộm thể hiện rõ keratin trong tế bào chất. Thuốc nhuộm đa sắc vết tế bào chất. Hóa chất nhuộm màu rõ ràng phân biệt thành phần tế bào với màu hồng, màu xanh lá cây. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chai ≥ 473 ml	Chai	20
8	Dung dịch nhuộm phiên đồ âm đạo màu xanh	Thuốc nhuộm đa sắc vết tế bào chất. Hóa chất nhuộm màu rõ ràng phân biệt thành phần tế bào với màu hồng, màu xanh lá cây. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chai ≥ 473 ml	Chai	20
9	Tiêu bản soi kính hiển vi cỡ 22x22 mm	Tiêu bản kính dùng cho kính hiển vi, bằng thủy tinh. Kích thước 22x22mm. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Hộp ≥ 100 cái.	Hộp	200
10	Acid acetic	Acid acetic. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chai ≥ 500 ml.	Chai	15
	Kim tiêm			
11	Kim chích lấy máu đo đường huyết mao mạch	Chất liệu vỏ bằng polyethylene, Kim được làm bằng thép không gỉ. Chiều dài kim ≥ 33 mm. Cỡ kim 23G. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn (ISO 13485, CE) hoặc tương đương	Cái	500
	Các vật tư y tế khác			
12	Miếng cầm máu tai	Miếng cầm máu vô trùng dùng cho tai. Kích thước: 12mm x 24 mm. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Miếng	50
13	Bộ lái dòng máy thở Sipap	Bộ định hướng dòng thở. Sử dụng được với máy thở SIPAP.	Bộ	20
14	Gọng mũi thở máy không xâm nhập cho trẻ sơ sinh	Gọng mũi dùng cho máy thở không xâm nhập cho trẻ sơ sinh. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Cái	50
	Túi, lọ và vật tư bao gói khác			
15	Túi máu ba	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ túi máu vô trùng, dùng để thu thập và bảo quản thành thành phần máu - Kim lấy máu cỡ 16G, có nắp đậy không gây rỉ máu sau khi lấy đủ máu. - Bộ phận bao đầu kim, đảm bảo an toàn sau khi lấy máu. - Bộ phận lấy mẫu chân không bao gồm: túi lấy mẫu, kim lấy mẫu chân không và giá cố định ống nghiệm - Chiều dài đường ống thu thập máu: dài 1.100mm, trên đường ống có 12 đoạn mã số - Kích thước đường ống trên bộ túi: đường kính trong 3,0mm; đường kính ngoài 4,5mm - Hệ thống gồm 3 túi: <ul style="list-style-type: none"> a. Túi 1: Túi chứa 35ml dung dịch chống đông CPD, dùng để thu thập máu toàn phần. + Dung tích: 250ml + Chiều dài đường ống từ túi 1 đến chạc chữ Y nối ba túi: dài 300mm, trên đường ống có 4 đoạn mã số b. Túi 2: Túi rỗng bảo quản thành phần máu + Dung tích: 250ml + Chất liệu túi: PVC-TOTM (bảo quản tiểu cầu lên đến 5 ngày) 	Túi	1.000

		<p>+ Bảo quản tiêu cầu lên đến 5 ngày</p> <p>+ Chiều dài đường ống từ túi 2 đến chạc chữ Y nối ba túi: dài 300mm, trên đường dây có 4 đoạn mã số</p> <p>c. Túi 3: Túi chứa 56ml dung dịch bảo quản hồng cầu SAGM</p> <p>+ Dung tích: 250ml</p> <p>+ Chiều dài đường ống từ túi 3 đến chạc chữ Y nối ba túi: dài 300mm, trên đường dây có 4 đoạn mã số</p> <p>+ Dung dịch SAGM giúp bảo quản khối hồng cầu lên đến 42 ngày ở 4 độ C ± 2 độ C</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương.</p>		
16	Túi máu đơn	<p>Có dung tích 250ml (±5%) để đựng máu toàn phần. Túi chứa sẵn 35ml dung dịch chống đông CPDA -1 hoặc tương đương để bảo quản máu toàn phần ≥ 35 ngày ở 4 độ C ± 2 độ C. Dây dẫn máu dài 980mm (±5%). Kim lấy máu 16G có nắp bảo vệ đầu kim. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương.</p>	Túi	100
	Ống thông			
17	Canuyn mở khí quản các số	<p>Chất liệu: nhựa PVC hoặc tương đương, có bóng, cong 90 độ. Đầu nối 15mm. Đường mở tia X chạy dọc chiều dài ống, vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.</p>	Cái	50
	Catheter			
18	Dẫn lưu dịch não tủy trong áp lực thấp và áp lực trung bình, kèm que luồn	<p>Gồm Bộ dẫn lưu dịch não tủy trong áp lực thấp (bao gồm van kiểm soát dòng chảy dịch não tủy bằng silicone và Polypropylen hoặc tương đương, ống dẫn lưu não thất được tráng bằng barium sulfate hoặc tương đương, ống dẫn lưu ổ bụng bằng silicon hoặc tương đương) ống dẫn lưu luồn ổ bụng dùng một lần và que tạo đường hầm. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485.</p>	Bộ	8
	Dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương			
19	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	<p>Thành phần tối thiểu gồm: 70 % Ethanol+ 1,74% Propanol-2-ol (mg/g). Dạng chế phẩm: Dạng gel. Thành phần không chứa chất tạo màu, không mùi, không chứa chất gây dị ứng da. Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN. Diệt virus HIV, Rotavirus, H1N1, virus gây bệnh tay chân miệng, SARS. Chai ≥ 500ml. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485.</p>	Chai	3.000
	Chỉ khâu không tiêu các loại, các cỡ			
20	Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 6/0, dài 60 cm	<p>Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi polypropylene hoặc tương đương Số 6/0, dài ≥ 60cm, 2 kim, kim tròn đầu tròn, dài 11mm, độ cong kim 3/8 vòng tròn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương.</p>	Sợi	120
	Chỉ khâu tiêu chậm các loại, các cỡ			
21	Chỉ khâu liền kim có neo không thất nút tiêu chậm Polydioxanone số 1 dài 45cm	<p>Chỉ tiêu chậm đơn sợi có neo không thất nút thành phần Polydioxanone hoặc tương đương, có tẩm chất kháng khuẩn Triclosan hoặc tương đương, dài ≥ 45cm, kim tròn đầu tròn, dài 40mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương.</p>	Sợi	240
	Chỉ khâu đặc biệt các loại, các cỡ (dùng cho phẫu thuật tim mạch)			

TIN
NH
SAN
TI
UAN

22	Chỉ khâu mạch máu, liền kim không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 7/0, dài 60cm, kim dài 9,3mm	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene hoặc tương đương số 7/0 dài ≥ 60 cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 9.3mm, độ cong kim 3/8 vòng tròn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương.	Sợi	72
23	Chỉ khâu liền kim không tan tổng hợp đa sợi Polyester số 3/0, dài 90cm	Chỉ không tan tổng hợp đa sợi polyester hoặc tương đương bao phủ bằng polybutylate hoặc tương đương số 3/0 dài ≥ 90 cm, 2 kim hình tròn đầu cắt, kim dài 17mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương.	Sợi	50
24	Chỉ silicon cặp mạch máu	Chỉ silicon cặp mạch máu 2mmx200mm.	Sợi	20
Vật tư tiêu hao cho dao mổ điện				
25	Tấm dán điện cực trung tính sử dụng một lần	Điện cực trung tính đôi người lớn dùng 01 lần sử dụng trong phẫu thuật cắt đốt.	Cái	600
26	Tay dao mổ điện	Tay dao mổ điện sử dụng 01 lần.	Cái	100
Vật tư tiêu hao cho dao mổ siêu âm kèm hàn mạch Ethicon Endo Surgery				
27	Dao cắt cầm máu siêu âm dùng cho mổ mở các loại	Dao siêu âm cán dài 17cm với công nghệ thích ứng mô. Tương thích sử dụng với dao mổ siêu âm GEN11. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương.	Cái	1
28	Dao cắt cầm máu siêu âm dùng cho mổ nội soi các loại	Dao siêu âm đường kính 5mm, dài 36cm, với Công nghệ thích ứng mô. Tương thích sử dụng với dao mổ siêu âm GEN11. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương.	Cái	40
29	Dây dao siêu âm	Dây dao siêu âm. Tích hợp với máy phát chính GEN11. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương.	Cái	5
Miếng vá, mảnh ghép				
30	Miếng vá nhân tạo 4x 5 cm	Miếng vá nhân tạo 4 cm x 5 cm chất liệu polyester-urethane hoặc tương đương đàn hồi và có tính dẻo cao.	Miếng	20
Hóa chất, vật tư dùng cho hệ thống Realtime PCR LightCycler 480 Roche				
31	Kit phát hiện virus RSV	Kit phát hiện virus gây bệnh đường hô hấp (RSV). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Kit	2
32	Kit phát hiện sởi	Kit phát hiện sởi bao gồm cả bộ chuyển đổi cDNA. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Kit	4
33	Hóa chất khử nhiễm phòng thí nghiệm	Nồng độ chlorine trong dung dịch 4 - 4,99%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Chai ≥ 500 ml	Chai	2
Sinh phẩm và test thử				
34	Test phát hiện vi khuẩn Helicobacter pylori	Thuốc thử Urease nhanh Helicobacter pylori trong mẫu sinh thiết/ mẫu nuôi cấy. Độ nhạy $\geq 91\%$, độ đặc hiệu $\geq 95\%$. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485.	Lọ	46
35	Test thử nhanh phát hiện Rotavirus/Adenovirus trong mẫu phân	Định tính phát hiện sự có mặt của kháng nguyên Rotavirus nhóm A và Adenovirus trong mẫu phân người. Độ nhạy: Rotavirus $\geq 99.3\%$; Adenovirus $\geq 97\%$. Độ đặc hiệu Rotavirus $\geq 96.75\%$; Adenovirus 99.25%. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485.	Test	1.000

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Vận chuyển và bàn giao tại Kho Khoa Dược – Tầng 4 nhà B – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo từng đợt giao hàng, sau khi bên mua nhận được đầy đủ chứng từ, biên bản bàn giao và nghiệm thu.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo. / *SAZ*

Nơi nhận:

- Nt; SYTON (dăng tài)
- Lưu: VT, KHTH *SAZ*

GIÁM ĐỐC

Bùi Minh Cường

SAZ

**PHỤ LỤC
BÁO GIÁ**

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Số anh bán hành kết quả phân loại/ số đăng ký lưu hành/ Số giấy phép nhập khẩu (Đối với mặt hàng là TBYT)	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VAT) (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền(11) (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Thiết bị A										
2	Thiết bị B										
3											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, văn bản ban hành kết quả phân loại/ số đăng ký lưu hành/ Số giấy phép nhập khẩu và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng....năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày.....tháng.....năm.....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà
cung cấp**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))