

THÔNG BÁO

V/v mời báo giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá Trang thiết bị y tế năm 2025

Kính gửi: Các công ty thẩm định giá

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Trung tâm Vận chuyển cấp cứu đang có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác cấp cứu ngoại viện (chi tiết danh mục hàng hóa tại phụ lục 1 đính kèm);

Để có cơ sở lập dự toán gói thầu, Trung tâm kính mời các Công ty cung cấp dịch vụ thẩm định giá quan tâm báo giá dịch vụ cho Trung tâm, bao gồm các tài liệu sau:

- Hồ sơ năng lực của công ty.
- Bản báo giá dịch vụ thẩm định thiết bị y tế
- Thời hạn cung cấp thông tin: Trước 16 giờ 30, ngày 22 tháng 8 năm 2025

Hình thức nhận báo giá: 01 bản nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện và 01 gửi bản điện tử về địa chỉ hòm thư: dauthau.ttvccc@gmail.com

Địa điểm nhận báo giá: Trung tâm Vận chuyển cấp cứu Quảng Ninh. Địa chỉ: số 735, đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại liên hệ: 0934398628

Trung tâm Vận chuyển cấp cứu trân trọng Thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (đăng tải lên trang web của Sở);
- Lưu: VT, TCHC

**TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH**



Nguyễn Thị Thu Hằng



PHỤ LỤC 1
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ
(Kèm theo Thông báo số 128/TB-TTVCCC ngày 15/8/2025
của Trung tâm Vận chuyển cấp cứu)

	Cấu hình máy thở xách tay
I	Thông tin chung
1	Model: MEDUVENT Standard hoặc tương đương
2	Hãng sản xuất: WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG
3	Xuất xứ: Đức
II	Yêu cầu chung
1	Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau
2	Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
3	Xuất xứ máy chính: Nhóm G7
4	Điều kiện môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 50^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 95\%$
III	Yêu cầu về cấu hình tối thiểu
1	Máy chính: 01 máy
2	Dây nguồn: 01 cái
3	Giá xách máy: 01 cái
4	Dây đeo vai: 01 cái
5	Túi bảo vệ: 01 cái
6	Bộ dây thở sử dụng nhiều lần: 01 bộ
7	Phổi giả: 01 chiếc
8	Mặt nạ thở: 01 chiếc
9	Phin lọc khuẩn: 02 chiếc
10	Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ
IV	Yêu cầu về tính năng kỹ thuật tối thiểu
1	Đối tượng bệnh nhân: Trẻ em, người lớn
2	Kích thước máy chính: tối đa (D) 160 x (W) 400 x (H) 160 (mm)
3	Trọng lượng bao gồm pin $\leq 4\text{kg}$



4	Sử dụng máy nén khí trong hoặc nguồn khí nén bên ngoài
5	Có màn hình hiển thị, kích thước khoảng 3-5 inches
6	Pin: Loại Lithium ion hoặc tương đương, Thời lượng pin: ≥ 8 tiếng, Thời gian sạc (0% - 95%): < 3 giờ
7	Có chức năng lưu trữ dữ liệu
8	Các mode thở tối thiểu bao gồm: Thông khí kiểm soát thể tích/Thông khí kiểm soát áp lực SIMV CPAP
9	Thể tích khí lưu thông (Tidal Volume): Từ $\leq 50\text{ml}$ đến $\geq 2.000\text{ml}$
10	Tần số thở có thể điều chỉnh: Từ ≤ 5 đến ≥ 40 (nhịp/phút)
11	Các thông số theo dõi: Thể tích khí lưu thông Lưu lượng/Nồng độ khí Oxy hít vào Tần số thở Thông khí phút ...
12	Dải áp lực Oxy vận hành: Trong khoảng: ≤ 0.3 bar đến ≥ 6 bar
13	Thời gian thở vào: Từ ≤ 0.5 đến ≥ 4.0 (giây)
14	PIP: Từ 0 đến ≥ 60 (mbar hoặc cmH2O)
15	PEEP: Từ 0 đến ≥ 20 (mbar hoặc cmH2O)
16	Lưu lượng khí tối đa: ≥ 100 L/phút
17	Giới hạn áp lực (Pmax): ≤ 20 đến ≥ 60 (mbar hoặc cmH2O)
18	Tỷ lệ I:E: Từ $\leq 1:2$ đến $\geq 1:1$
19	Khả năng chống nước: tối thiểu đạt chuẩn IP22
20	Nồng độ oxy hít vào (FIO2): Từ $\leq 21\%$ đến $\geq 100\%$
21	Cảnh báo: Áp lực đường thở cao, Áp lực đường thở thấp, Cảnh báo ngưng thở, Nguồn oxy đầu vào cao, Không kết nối với bệnh nhân, ...
V	Yêu cầu khác
1	Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu
2	Bảo trì tối thiểu 02 lần/năm
3	Thời gian khắc phục sự cố kỹ thuật của thiết bị tại nơi sử dụng là 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo
4	Lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng thiết bị thành thạo tại Trung tâm vận chuyển cấp cứu tỉnh Quảng Ninh
5	Cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng (CQ) và chứng chỉ xuất hàng hoá (CO), tờ khai hải quan, Invoice, Packing list kèm theo khi bàn giao thiết bị
6	Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, vật tư thay thế

