

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá Thiết bị y tế thuộc nguồn dự toán không tự chủ năm 2026 (đợt 1)

Kính gửi: Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 4466/QĐ-UBND ngày 15/ 12/ 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức lại Bệnh viện Lão khoa và Bệnh viện Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ công văn số 3238/SYT-KHTC ngày 18/7/2025 của Sở Y tế về việc xây dựng dự toán kinh phí năm 2026 (đợt 1);

Căn cứ kế hoạch số 3714/KH-SYT ngày 13/8/2025 của Sở Y tế về việc kiểm tra, rà soát đối với đề xuất nhiệm vụ và dự toán thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, thiết bị từ nguồn kinh phí không tự chủ năm 2026 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 18/8/2025 của Sở Y tế về việc Kiểm tra, rà soát đối với đề xuất nhiệm vụ và dự toán thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, thiết bị từ nguồn kinh phí không tự chủ năm 2026 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng; địa chỉ: Khu Minh Khai, Phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh

2. Thông tin liên hệ của thành viên tiếp nhận báo giá:

- Ông Đoàn Ngọc Thịnh, Nhân viên phòng Tổ chức- Hành chính Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng. Số điện thoại liên hệ: **0812.721.286**

- Email: tchc.bvlkphcn@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Báo giá gửi qua đường bưu điện, hoặc trực tiếp chuyển đến địa chỉ của đơn vị: Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng; địa chỉ: khu Minh Khai, Phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

- Bản mềm gửi về địa chỉ Email: tchc.bvlkphcn@gmail.com

- Trường hợp gửi báo giá qua địa chỉ Email được xác nhận mốc thời gian tiếp nhận báo giá, bản gốc được người có thẩm quyền của Doanh nghiệp ký báo giá phải gửi về cho thành viên tiếp nhận báo giá. Trường hợp chỉ gửi báo giá qua Email mà không gửi bản gốc cho thành viên Hội đồng mua sắm của Bệnh viện coi như không hợp lệ.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ ngày đăng tải đến trước **16h30 phút ngày 08 tháng 9 năm 2025**

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Có hiệu lực tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký phát hành báo giá.

6. Trách nhiệm pháp lý:

Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán hàng hóa theo nhu cầu của Bệnh viện chịu trách nhiệm toàn diện về tính pháp lý đối với nội dung trong báo giá chào bán.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục cung cấp

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng	Ghi chú
1	Hệ thống máy tập vận động thụ động	Hệ thống	01	Lắp đặt hoàn thiện tại khoa Hoạt động trị liệu
2	Máy kéo giãn cột sống (Máy điều trị giảm áp lực cột sống)	Máy	02	Lắp đặt hoàn thiện tại khoa Hoạt động trị liệu, Y học cổ truyền
3	Máy laser trị liệu (Máy laser châm cứu)	Máy	01	Lắp đặt hoàn thiện tại khoa Y học cổ truyền
4	Máy điện xung (Máy kích thích điện xuyên sọ 1 chiều đều)	Máy	01	Lắp đặt hoàn thiện tại khoa Vật lý trị liệu

2. Tiêu chuẩn chất lượng, Cấu hình cung cấp, tính năng và thông số kỹ thuật cùng các điều kiện khác: **Tham khảo theo Phụ lục 1 đính kèm**

3. Địa điểm cung cấp gói thầu:

- Tại Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng;
- Địa chỉ: Khu Minh Khai, Phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

4. Thời gian cung cấp dự kiến: **trong năm 2026**

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

+ Hình thức: Chuyển khoản.

+ Số lần thanh toán: Thanh toán theo nghiệm thu thực tế.

6. Thông tin báo giá hoặc chào giá bán, cung cấp: **Theo Phụ lục 2 đính kèm**

Đối với những hàng hóa Doanh nghiệp sản xuất/phân phối/ kinh doanh quan tâm chào giá bán có cùng mục đích sử dụng, tương đồng về tiêu chuẩn chất lượng tính năng, kỹ thuật/thông số kỹ thuật tương tự hoặc cao hơn tại Phụ lục 1 bổ sung thêm thông tin tại Phụ lục 2 cụ thể theo nội dung tham khảo sau:

Hệ thống máy tập vận động thụ động

(1) *Yêu cầu chung; Đạt tiêu chuẩn CE, FDA.....*

(2) *Cấu hình cung cấp; Máy chính gồm:*

(3) *Tính năng kỹ thuật hoặc thông số kỹ thuật. Có ứng dụng trí tuệ nhân tạo*

7. Các thông tin khác:

Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam chào giá bán cung cấp thông tin để chứng minh hàng hóa cung cấp thông tin như sau:

- Kê theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác.

- Cung cấp tài liệu Catalog chứng minh thông số của sản phẩm còn hiệu lực tham chiếu. Thông số tham chiếu được việc dẫn cụ thể tại số trang và trong mục tài liệu nào.

Lưu ý:

- Bệnh viện xem xét không tổng hợp báo giá trong các trường hợp sau:

+ Không có báo giá bản cứng được ký bởi người có thẩm quyền;

+ Không có thông tin rõ ràng như địa chỉ, mã số doanh nghiệp, số điện thoại liên hệ, email của đơn vị chào giá

+ Không cung cấp thông tin đầy đủ theo mẫu báo giá tại **Phục lục 2 đính kèm.**

Bệnh viện trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (hỗ trợ đăng tải lên CTTĐT của Sở);
- Phòng QLCL&CNTT (đăng tải lên CTTĐT);
- Phòng TCKT (đăng tải lên CTTĐTQG);
- Khoa: VLTL, YHCT, HDTL (P/h);
- Lưu: VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Dũng

PHỤ LỤC 1
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG, CẤU HÌNH CUNG CẤP, TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, ĐIỀU KIỆN LẮP ĐẶT

(Kèm theo Thông báo số 1032 /TB-BVLKPHCN ngày 22 / 8 /2025
của Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng)

STT	Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật (để tham khảo)	Ghi chú
I	Hệ thống máy tập vận động thụ động	
1	Yêu cầu chung	
	- Thiết bị mới 100%	
	- Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi	
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO13485 hoặc tương đương	
	- Máy chính của hệ thống có xuất xứ thuộc nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế)	
2	Yêu cầu cấu hình	
	- Máy chính kèm phụ kiện: 01 bộ	
	- Bộ kích thích cơ: 01 bộ	
	- Màn hình monitor tập thực tế ảo: 01 cái	
	- Phần mềm tập thực tế ảo tích hợp: 01 bộ	
	- Màn hình điều khiển: 01 cái	
	- Máy tập bước tích hợp: 01 bộ	
	- Đệm tựa lưng: 01 cái	
	- Bộ tay cầm: 01 bộ	
	- Bộ dây đai: 01 bộ	
	- Lưu điện online: 01 chiếc	
	- Hotler huyết áp: 01 bộ, bao gồm:	
	+ Máy chính: 01 cái	
	+ Bao đo huyết áp cho người lớn: 01 cái	
	+ Túi đeo: 01 cái	
	+ Dây nối bao đo huyết áp: 01 cái	
	+ Cáp USB: 01 cái	
	+ Pin nguồn: 01 bộ	
	+ Phần mềm phân tích và trả kết quả: 01 bộ	
	+ Bộ máy tính + máy in màu: 01 bộ	
	+ Bộ lưu điện: 01 cái	
	- Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ	
	- Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ	
3	Thông số kỹ thuật	
	* Máy chính	
	- Màn hình tích hợp phần mềm tập luyện thực tế ảo 3D (Kích thước đơn vị quan tâm chào chi tiết)	
	- Màn hình hiển thị và điều chỉnh các thông số luyện tập loại cảm ứng, kích thước ≥ 15 inches.	
	- Có ứng dụng tập vận động thụ động trong điều trị	

STT	Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật (để tham khảo)	Ghi chú
	- Tốc độ bước ≥ 70 bước / phút hoặc Tốc độ chuyển động chân: $\geq 2,25$ km/h	
	- Chuyển động dọc thẳng đứng: (đơn vị quan tâm chào chi tiết)	
	- Điều chỉnh góc phương dọc: (đơn vị quan tâm chào chi tiết)	
	- Phạm vi điều chỉnh khớp gối: (đơn vị quan tâm chào chi tiết)	
	- Điều chỉnh độ dài chỗ để chân: (đơn vị quan tâm chào chi tiết)	
	- Góc điều chỉnh hông: (đơn vị quan tâm chào chi tiết)	
	- Kích thích điện (FES): ≥ 4 kênh	
	- Tải trọng tối đa: ≥ 130 kg	
	- Có tính năng dừng khẩn cấp	
	- Có thể lưu trữ dữ liệu bệnh nhân	
	- Lưu điện online: công suất phù hợp với công suất của chủng loại Hệ thống chào giá bán.	
	*Hotler huyết áp	
	- Theo dõi huyết áp liên tục ≥ 24 giờ	
	- Phương pháp đo lường: phương pháp đo dao động hoặc tương đương	
	- Chế độ tự đo: có tối thiểu 5 chế độ (OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP)	
	- Có tối thiểu các biểu tượng để biết mức pin, trạng thái Bluetooth, phát hiện IHB, đồng hồ, chế độ và trạng thái bộ nhớ.	
	- Bảo vệ chống xâm nhập IP22 trở lên	
	- Phạm vi hiển thị áp suất: 0- ≥ 299 mmHg	
	- Phạm vi đo đường:	
	+ Huyết áp tâm thu: ≤ 60 - ≥ 280 mmHg	
	+ Huyết áp tâm trương: ≤ 30 - ≥ 160 mmHg	
	- Hiển thị màn hình LCD	
	- Số lần đo: 150 lần trở lên	
	- Bộ lưu điện: ≥ 1 kva online	
	- Bộ máy tính: Bản quyền Windows 10 trở lên; CPU: Intel thế hệ 13 trở lên; RAM 8G; Màn hình: LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 23 inch, độ phân giải Full HD trở lên	
4	Yêu cầu khác	
	Địa điểm lắp đặt và bàn giao: Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng	
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng	
	Thời gian bảo trì sau bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 năm	
	Đào tạo chuyên giao công nghệ: Tại nơi sử dụng	
	Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu	
II	Máy kéo giãn cột sống (Máy điều trị giảm áp lực cột sống)	
1	Yêu cầu chung	
	Thiết bị mới 100%	
	Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi	

STT	Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật (để tham khảo)	Ghi chú
	Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO13485 hoặc tương đương	
	Máy chính của hệ thống có xuất xứ thuộc nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế)	
2	Yêu cầu cấu hình	
	- Bàn giảm áp có tích hợp bộ phận kéo lưng, cổ: 1 chiếc	
	- Màn hình điều khiển: 01 chiếc	
	- Phần mềm điều khiển tích hợp trong máy: 01 gói	
	- Tấm đệm kê phần đầu gối: 1 chiếc	
	- Tấm đệm kê đầu, cổ: 1 bộ	
	- Công tắc khẩn cấp dành cho bệnh nhân: 1 chiếc	
	- Đai thân trên: 1 chiếc	
	- Đai xương chậu: 1 cái	
	- Đai vùng đầu: 1 chiếc	
	- Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ	
	- Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ	
3	Thông số kỹ thuật	
	- Công suất tiêu thụ: Đơn vị quan tâm báo giá chào chi tiết	
	- Tải trọng tối đa: ≥ 135 kg	
	- Bàn trị liệu (dài x rộng): $(193 \text{ cm} \times 78 \text{ cm}) \pm 10\%$	
	- Có công tắc khẩn cấp cho bệnh nhân	
	- Có thể gấp sang bên để điều trị thoát vị đĩa đệm	
	- Có tính năng xoay giảm áp lực phần lưng	
	- Có thể điều chỉnh nghiêng vùng cổ: từ 0 đến $\geq 15^\circ$	
	- Có thể điều chỉnh nghiêng vùng lưng: từ 0 đến $\geq 25^\circ$	
	- Giao diện điều khiển: màn hình điều khiển LCD hoặc tốt hơn	
	- Chế độ điều khiển: tự động và bằng tay	
	- Chương trình tự động: ≥ 4 chương trình	
	- Theo dõi/Hiển thị giá trị theo thời gian thực	
	- Giảm áp lực phần thân dưới/thắt lưng: ≤ 75 giây	
	- Giảm áp lực phần đầu: ≤ 60 giây	
	- Có tay cầm/tay đỡ cho bệnh nhân	
4	Yêu cầu khác	
	Địa điểm lắp đặt và bàn giao: Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng	
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng	
	Thời gian bảo trì sau bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 năm	
	Đào tạo chuyên gia công nghệ: Tại nơi sử dụng	
III	Máy laser trị liệu (Máy laser châm cứu)	
1	Yêu cầu chung	
	Thiết bị mới 100%	
	Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi	
	Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO13485 hoặc tương đương	

STT	Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật (để tham khảo)	Ghi chú
	Máy chính có xuất xứ thuộc nhóm G7	
2	Yêu cầu cấu hình	
	- Máy chính kèm xe đẩy và giá đỡ dây quang: 01 chiếc	
	- Đầu phát laser: 01 bộ	
	- Sợi quang: 01 bộ	
	- Kính mắt bảo vệ: 2 chiếc	
	- Cáp kết nối: 01 chiếc	
	- Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ	
	- Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ	
3	Thông số kỹ thuật	
	- Lớp thiết bị y tế: II hoặc cao hơn	
	- Phân loại laser: 3B hoặc tương đương	
	- Sợi quang: ≥ 6 sợi	
	- Số kênh laser: ≥ 6 kênh	
	- Bước sóng: ≥ 655 nm hoặc bước sóng phù hợp với mục đích điều trị	
	- Công suất tối đa mỗi kênh: $\geq 40\text{mW}/1$ kênh	
	- Chế độ hoạt động: tối thiểu 02 chế độ	
	- Tần số điều chế: $\leq 0,1 - \geq 10.000$ Hz	
	- Có chương trình trị liệu tích hợp trong máy (Doanh nghiệp quan tâm chào giá nêu chi tiết số lượng phác đồ điều trị, lưu trữ được trong máy)	
4	Yêu cầu khác	
	Địa điểm lắp đặt và bàn giao: Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng	
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng	
	Thời gian bảo trì sau bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 năm	
	Đào tạo chuyên giao công nghệ: Tại nơi sử dụng	
	Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu	
IV	Máy điện xung (Máy kích thích điện xuyên sọ 1 chiều đều)	
1	Yêu cầu chung	
	Thiết bị mới 100%	
	Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi	
	Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO13485 hoặc tương đương	
	Máy chính của hệ thống có xuất xứ thuộc nhóm G7	
2	Yêu cầu cấu hình	
	- Bộ kích thích: 02 bộ	
	- Mô- đun lưu trữ: 06 bộ	
	- Bộ chương trình: 01 bộ	
	- Thiết bị sạc: 02 cái	
	- Pin theo máy: 01 bộ	
	- Cặp túi điện cực: 02 cặp	
	- Cáp cáp kết nối: 02 cặp	

STT	Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật (để tham khảo)	Ghi chú
	- Đại cố định điện cực: 04 chiếc	
	- Bộ máy tính + máy in: 01 bộ	
	- Bộ lưu điện cho máy tính: 01 cái	
	- Bộ phần mềm tích hợp theo máy: 01 bộ	
	- Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ	
	- Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ	
3	Thông số kỹ thuật	
	- Hệ thống kích thích xuyên sọ bằng điện 1 chiều	
	- Kích thích: từ $\leq 200\mu A$ đến $\geq 2000\mu A$	
	- Độ lệch của dòng điện: tối đa 2% hoặc $< 0.1\text{ mA}$	
	- Giới hạn điện thế (doanh nghiệp quan tâm chào thông số cụ thể phù hợp với sản phẩm mà đơn vị phân phối)	
	- Nguồn điện: Pin sạc hoặc tương đương	
	- Thời gian hoạt động liên tục: ≥ 90 phút	
	- Bộ lưu điện: ≥ 1 kva online	
	- Bộ máy tính: Bản quyền Windows 7 trở lên; CPU: Intel thế hệ 13 trở lên; RAM 8G; có cổng USB Framework 4.5; Màn hình: LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 23 inch, độ phân giải Full HD trở lên	
4	YÊU CẦU KHÁC	
	Địa điểm lắp đặt và bàn giao: Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng	
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng	
	Thời gian bảo trì sau bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 năm	
	Đào tạo chuyên giao công nghệ: Tại nơi sử dụng	
	Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu	

PHỤ LỤC 2

NỘI DUNG BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 1032 /TB-BVLKPHCN ngày 22 / 8/ 2025 của
Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng)

Thông tin của đơn vị báo giá:

Mã số thuế:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Kính gửi: Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng

Căn cứ Thông báo số 1032/TB-BVLKPHCN ngày 22 / 8/ 2025 của Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng Về việc mời báo giá “Thiết bị y tế thuộc nguồn dự toán không tự chủ năm 2026 của Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng”

Chúng tôi (tên đơn vị.....) có địa chỉ tại: Xin gửi đến Quý Bệnh viện báo giá cụ thể như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/ khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)	Phân loại TTYT (A, B, C, D)
1											
n	...										

(Tham khảo chỉ dẫn theo phần **ghi chú**; Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng và thông số kỹ thuật, điều kiện lắp đặt

STT	Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật (Thông tin tham khảo chào giá)	Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán	
		Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật	Tài liệu chứng minh cho các thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật
I	Hệ thống máy tập vận động thụ động	Hệ thống máy tập vận động thụ động Model: Hãng sản xuất: Xuất xứ/Nước sản xuất:	Tài liệu chứng minh cho các thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật
1	Yêu cầu chung		

STT	Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật (Thông tin tham khảo chào giá)	Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán	
		Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật	Tài liệu chứng minh cho các thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật
	- Thiết bị mới 100%		
	- Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi		
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO13485 hoặc tương đương		
	- Máy chính của hệ thống có xuất xứ thuộc nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế)		
2	Yêu cầu cấu hình		
	- Máy chính kèm phụ kiện: 01 bộ		
	- Bộ kích thích cơ: 01 bộ		
	- Màn hình monitor tập thực tế ảo: 01 cái		
	- Phần mềm tập thực tế ảo tích hợp: 01 bộ		
	- Màn hình điều khiển: 01 cái		
	- Máy tập bước tích hợp: 01 bộ		
	- Đệm tựa lưng: 01 cái		
	- Bộ tay cầm: 01 bộ		
	- Bộ dây đai: 01 bộ		
	- Lưu điện Online: 01 chiếc		
	- Hotler huyết áp: 01 bộ, bao gồm:		
	+ Máy chính: 01 cái		
	+ Bao đo huyết áp cho người lớn: 01 cái		
	+ Túi đeo: 01 cái		
	+ Dây nối bao đo huyết áp: 01 cái		
	+ Cáp USB: 01 cái		
	+ Pin nguồn: 01 bộ		
	+ Phần mềm phân tích và trả kết quả: 01 bộ		

STT	Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật (Thông tin tham khảo chào giá)	Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán	
		Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật	Tài liệu chứng minh cho các thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật
	+ Bộ máy tính + máy in màu: 01 bộ		
	+ Bộ lưu điện: 01 cái		
	- Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ		
	- Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ		
3	Thông số kỹ thuật		
	* Máy chính		
	- Màn hình tích hợp phần mềm tập luyện thực tế ảo 3D (Kích thước đơn vị quan tâm chào chi tiết)		
	- Màn hình hiển thị và điều chỉnh các thông số luyện tập loại cảm ứng, kích thước ≥ 15 inches.		
	- Có ứng dụng tập vận động thụ động trong điều trị		
	- Tốc độ bước ≥ 70 bước / phút hoặc Tốc độ chuyển động chân: $\geq 2,25$ km/h		
	- Chuyển động dọc thẳng đứng: (đơn vị quan tâm chào chi tiết)		
	- Điều chỉnh góc phương dọc: (đơn vị quan tâm chào chi tiết)		
	- Phạm vi điều chỉnh khớp gối: (đơn vị quan tâm chào chi tiết)		
	- Điều chỉnh độ dài chỗ để chân: (đơn vị quan tâm chào chi tiết)		
	- Góc điều chỉnh hông: (đơn vị quan tâm chào chi tiết)		
	- Kích thích điện (FES): ≥ 4 kênh		
	- Tải trọng tối đa: ≥ 130 kg		

STT	Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật (Thông tin tham khảo chào giá)	Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán	
		Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật	Tài liệu chứng minh cho các thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật
	- Có tính năng dừng khẩn cấp		
	- Có thể lưu trữ dữ liệu bệnh nhân		
	*Hotler huyết áp		
	- Theo dõi huyết áp liên tục ≥ 24 giờ		
	- Phương pháp đo lường: phương pháp đo dao động hoặc tương đương		
	- Chế độ tự đo: có tối thiểu 5 chế độ (OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP)		
	- Có tối thiểu các biểu tượng để biết mức pin, trạng thái Bluetooth, phát hiện IHB, đồng hồ, chế độ và trạng thái bộ nhớ.		
	- Bảo vệ chống xâm nhập IP22 trở lên		
	- Phạm vi hiển thị áp suất: $0 - \geq 299$ mmHg		
	- Phạm vi đo đường:		
	+ Huyết áp tâm thu: $\leq 60 - \geq 280$ mmHg		
	+ Huyết áp tâm trương: $\leq 30 - \geq 160$ mmHg		
	- Hiển thị màn hình LCD		
	- Số lần đo: 150 lần trở lên		
	- Bộ lưu điện: ≥ 1 kva online		
	- Bộ máy tính: Bản quyền Windows 10 trở lên; CPU: Intel thế hệ 13 trở lên; RAM 8G; Màn hình: LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 23 inch, độ phân giải Full HD trở lên		
4	Yêu cầu khác		
	Địa điểm lắp đặt và bàn giao: Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng		

STT	Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật (Thông tin tham khảo chào giá)	Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán	
		Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật	Tài liệu chứng minh cho các thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng		
	Thời gian bảo trì sau bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 năm		
	Đào tạo chuyên giao công nghệ: Tại nơi sử dụng		
	Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu		
II	Máy kéo giãn cột sống (Máy điều trị giảm áp lực cột sống)	Máy kéo giãn cột sống (Máy điều trị giảm áp lực cột sống) Model: Hãng sản xuất: Xuất xứ/Nước sản xuất:	Tài liệu chứng minh cho các thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật
1	Yêu cầu chung		
	Thiết bị mới 100%		
	Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi		
	Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO13485 hoặc tương đương		
	Máy chính của hệ thống có xuất xứ thuộc nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế)		
2	Yêu cầu cấu hình		
	- Bàn giảm áp có tích hợp bộ phận kéo lưng, cỡ: 1 chiếc		
	- Màn hình điều khiển: 01 chiếc		
	- Phần mềm điều khiển tích hợp trong máy: 01 gói		
	- Tấm đệm kê phần đầu gối: 1 chiếc		
	- Tấm đệm kê đầu, cỡ: 1 bộ		

STT	Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật (Thông tin tham khảo chào giá)	Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán	
		Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật	Tài liệu chứng minh cho các thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật
	- Công tắc khẩn cấp dành cho bệnh nhân: 1 chiếc		
	- Đai thân trên: 1 chiếc		
	- Đai xương chậu: 1 cái		
	- Đai vùng đầu: 1 chiếc		
	- Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ		
	- Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ		
3	Thông số kỹ thuật		
	- Công suất tiêu thụ: Đơn vị quan tâm chào chi tiết		
	- Tải trọng tối đa: ≥ 135 kg		
	- Bàn trị liệu (dài x rộng): 193 cm x 78 cm $\pm 10\%$		
	- Có công tắc khẩn cấp cho bệnh nhân		
	- Có thể gập sang bên để điều trị thoát vị đĩa đệm		
	- Có tính năng xoay giảm áp lực phần lưng		
	- Có thể điều chỉnh nghiêng vùng cổ: từ 0 đến $\geq 15^\circ$		
	- Có thể điều chỉnh nghiêng vùng lưng: từ 0 đến $\geq 25^\circ$		
	- Giao diện điều khiển: màn hình điều khiển LCD hoặc tốt hơn		
	- Chế độ điều khiển: thủ công và tự động		
	- Chương trình tự động: ≥ 4 chương trình		
	- Theo dõi/Hiển thị giá trị theo thời gian thực		
	- Giảm áp lực phần thân dưới/thắt lưng: ≤ 75 giây		
	- Giảm áp lực phần đầu: ≤ 60 giây		

STT	Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật (Thông tin tham khảo chào giá)	Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán	
		Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật	Tài liệu chứng minh cho các thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật
	- Có tay cầm/tay đỡ cho bệnh nhân		
4	Yêu cầu khác		
	Địa điểm lắp đặt và bàn giao: Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng		
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng		
	Thời gian bảo trì sau bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 năm		
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng		
III	Máy laser trị liệu (Máy laser châm cứu)	Máy laser trị liệu (Máy laser châm cứu) Model: Hãng sản xuất: Xuất xứ/Nước sản xuất:	Tài liệu chứng minh cho các thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật
1	Yêu cầu chung		
	Thiết bị mới 100%		
	Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi		
	Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO13485 hoặc tương đương		
	Máy chính có xuất xứ thuộc nhóm G7		
2	Yêu cầu cấu hình		
	- Máy chính kèm xe đẩy và giá đỡ dây quang: 01 chiếc		
	- Đầu phát laser: 01 bộ		
	- Sợi quang: 01 bộ		
	- Kính mắt bảo vệ: 2 chiếc		
	- Cáp kết nối: 01 chiếc		

STT	Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật (Thông tin tham khảo chào giá)	Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán	
		Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật	Tài liệu chứng minh cho các thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật
	- Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ		
	- Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ		
3	Thông số kỹ thuật		
	- Lớp thiết bị y tế: II hoặc cao hơn		
	- Phân loại laser: 3B hoặc tương đương		
	- Sợi quang: ≥ 6 sợi		
	- Số kênh laser: ≥ 6 kênh		
	- Bước sóng: ≥ 655 nm hoặc bước sóng phù hợp với mục đích điều trị		
	- Công suất tối đa mỗi kênh: ≥ 40 mW/ 1 kênh		
	- Chế độ hoạt động: tối thiểu 02 chế độ		
	- Tần số điều chế: $\leq 0,1$ - ≥ 10.000 Hz		
	- Có chương trình trị liệu tích hợp trong máy (Doanh nghiệp quan tâm chào giá nêu chi tiết số lượng phác đồ điều trị, lưu trữ được trong máy)		
4	YÊU CẦU KHÁC		
	Địa điểm lắp đặt và bàn giao: Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng		
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng		
	Thời gian bảo trì sau bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 năm		
	Đào tạo chuyên giao công nghệ: Tại nơi sử dụng		

STT	Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật (Thông tin tham khảo chào giá)	Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán	
		Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật	Tài liệu chứng minh cho các thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật
	Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu		
IV	Máy điện xung (Máy kích thích điện xuyên sọ 1 chiều đều)	Máy điện xung (Máy kích thích điện xuyên sọ 1 chiều đều) Model: Hãng sản xuất: Xuất xứ/Nước sản xuất:	Tài liệu chứng minh cho các thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật
1	Yêu cầu chung		
	Thiết bị mới 100%		
	Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi		
	Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO13485 hoặc tương đương		
	Máy chính của hệ thống có xuất xứ thuộc nhóm G7		
2	Yêu cầu cấu hình		
	- Bộ kích thích: 02 bộ		
	- Mô- đun lưu trữ: 06 bộ		
	- Bộ chương trình: 01 bộ		
	- Thiết bị sạc: 02 cái		
	- Pin theo máy: 01 bộ		
	- Cặp túi điện cực: 02 cặp		
	- Cặp cáp kết nối: 02 cặp		
	- Đại cố định điện cực: 04 chiếc		
	- Bộ máy tính + máy in: 01 bộ		
	- Bộ lưu điện cho máy tính: 01 cái		
	- Bộ phần mềm tích hợp theo máy: 01 bộ		
	- Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ		
	- Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ		
3	Thông số kỹ thuật		

STT	Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật (Thông tin tham khảo chào giá)	Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán	
		Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật	Tài liệu chứng minh cho các thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật
	- Hệ thống kích thích xuyên sọ bằng điện 1 chiều		
	- Kích thích: từ $\leq 200\mu A$ đến $\geq 2000\mu A$		
	- Độ lệch của dòng điện: tối đa 2% hoặc $< 0.1\text{ mA}$		
	- Giới hạn điện thế (doanh nghiệp quan tâm chào thông số cụ thể phù hợp với sản phẩm mà đơn vị phân phối)		
	- Nguồn điện: Pin sạc hoặc tương đương		
	- Thời gian hoạt động liên tục: ≥ 90 phút		
	- Bộ lưu điện: $\geq 1\text{ kva}$ online		
	- Bộ máy tính: Bản quyền Windows 7 trở lên; CPU: Intel thế hệ 13 trở lên; RAM 8G; có cổng USB Framework 4.5; Màn hình: LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 23 inch, độ phân giải Full HD trở lên		
4	YÊU CẦU KHÁC		
	Địa điểm lắp đặt và bàn giao: Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng		
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng		
	Thời gian bảo trì sau bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 năm		
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng		
	Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu		

3. Báo giá này có hiệu lực: trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...
[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngàytháng.....năm 2025

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

