SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ QUẢNG NINH **BV LÃO KHOA - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1472/TB-BVLKPHCN	*Tuần Châu, ngày 16 tháng 9 năm 2026*

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá Thiết bị nhãn khoa (Lần 2) phục vụ công tác chuyên môn của khoa Liên chuyên khoa Hệ ngoại thuộc Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng

Kính gửi: Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thì hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4466/QĐ-UBND ngày 15/ 12/ 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức lại Bệnh viện Lão khoa và Bệnh viện Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế;

Trên cơ sở để xuất của khoa Liên chuyên khoa Hệ ngoại Về việc đề nghị trang sắm thiết bị y tế, tài sản khác không phải trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn được lãnh đạo phê duyệt;

Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng đăng tải nhu cầu thu thập báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng, địa chỉ: Khu Yên Cư, Phường Tuần Châu, Thành phố Quảng Ninh

2. Thông tin liên hệ của thành viên tiếp nhận báo giá:

- Bà Nguyễn Thị Anh Thư, thành viên Hội đồng mua sắm Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng. Số điện thoại liên hệ: 0989.293.880
- Email: hdmsbvlkphcn@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Báo giá gửi qua đường bưu điện, hoặc trực tiếp chuyển đến địa chỉ của đơn vị: Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng, địa chỉ: khu Yên Cư, Phường Tuần Châu, Thành phố Quảng Ninh.
- Bản mềm gửi về địa chỉ Email: hdmsbvlkphcn@gmail.com
- Trường hợp gửi báo giá qua địa chỉ Email được xác nhận mốc thời gian tiếp nhận báo giá, bản gốc được người có thẩm quyền của Doanh nghiệp ký báo giá phải gửi về cho thành viên tiếp nhận báo giá. Trường hợp chỉ gửi báo giá qua Email mà không gửi bản gốc cho thành viên Hội đồng mua sắm của Bệnh viện coi như không hợp lệ.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ ngày đăng tải đến trước **16h30 phút ngày 29 tháng 9 năm 2026**

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Có hiệu lực tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký phát hành báo giá.

6. Trách nhiệm pháp lý:

Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán hàng hóa theo nhu cầu của Bệnh viện chịu trách nhiệm toàn diện về tính pháp lý đối với nội dung trong báo giá chào bán.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục cung cấp

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng	Ghi chú
1	Máy đo nhãn áp	Máy	01	Lắp đặt hoàn thiện tại khoa Liên chuyên khoa-Hệ ngoại
2	Kính hiển vi phẫu thuật mắt	Máy	01	Lắp đặt hoàn thiện tại khoa Liên chuyên khoa-Hệ ngoại

2. Tiêu chuẩn chất lượng, Cấu hình cung cấp, tính năng và thông số kỹ thuật cùng các điều kiện khác: **Tham khảo theo Phụ lục 1 đính kèm**

Nhà thầu tham gia chào một hoặc nhiều thiết bị trong danh mục yêu cầu. Trường hợp chào giá không đầy đủ toàn bộ danh mục, báo giá vẫn được xem xét với điều kiện thiết bị chào giá đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình, tính năng kỹ thuật và các điều kiện theo yêu cầu của Bệnh viện

3. Địa điểm cung cấp gói thầu:

- Tại Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng;

- Địa chỉ: Khu Yên Cư, Phường Tuần Châu, Thành phố Quảng Ninh.

4. Thời gian cung cấp dự kiến**: trong năm 2026**

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

+ Hình thức: Chuyển khoản.

+ Số lần thanh toán: Theo hợp đồng.

6. Thông tin báo giá hoặc chào giá bán, cung cấp: **Theo Phụ lục 2 đính kèm**

7. Các thông tin khác:

Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam chào giá bán cung cấp thông tin để chức minh hàng hóa cung cấp thông tin như sau:

- Kê theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác.

- Cung cấp tài liệu Catalog chứng minh thông số của sản phẩm còn hiệu lực tham

chiếu. Thông số tham chiếu được việc dẫn cụ thể tại số trang và trong mục tài liệu nào.

Lưu ý:

- Bệnh viện xem xét không tổng hợp báo giá trong các trường hợp sau:

+ Không có báo giá bản cứng được ký bởi người có thẩm quyền;

+ Không có thông tin rõ ràng như địa chỉ, mã số doanh nghiệp, số điện thoại liên hệ, email của đơn vị chào giá

+ Không cung cấp thông tin đầy đủ theo mẫu báo giá tại Phục lục 2 đính kèm.

Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (hỗ trợ đăng tải lên CTTĐT của Sở);
- GĐ, PGĐ (b/c);
- Phòng QLCL&CNTT (đăng tải lên CTTĐT);
- TCKT, HĐMS;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN LÃO KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Phạm Quang Dũng

PHỤ LỤC 1
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG, CẤU HÌNH CUNG, TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, ĐIỀU KIỆN LẮP ĐẶT
(Kèm theo Thông báo số 1472 /TB-BVLKPHCN ngày 16/9/2026 của Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng)

STT	Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật (để tham khảo)	Ghi chú
1	**Máy đo nhãn áp**	
a	**Yêu cầu chung**	
	- Thiết bị mới 100%	
	- Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi	
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO13485 hoặc tương đương	
	- Máy chính có xuất xứ thuộc nhóm G7	
b	**Yêu cầu cấu hình**	
	- Máy đo nhãn áp không tiếp xúc kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, trong đó bao gồm:	
	- Máy chính: 01 cái	
	- Máy in tích hợp: 01 cái	
	- Gía đỡ cằm: 01 chiếc	
	- Giấy in nhiệt: 03 cuộn	
	- Giấy lót cằm: 01 hộp	
	- Nút chặn giấy lót cằm: 01 bộ	
	- Bao phủ bụi: 01 cái	
	- Bàn đặt máy (điều khiển bằng điện): 01 cái	
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ	
c	**Thông số kỹ thuật**	
	- Màn hình LCD hoặc tương đương có điều khiển cảm ứng, kích thước ≥ 5,7 inch	
	- Dải đo của máy: Khoảng từ ≤ 1 đến ≥ 60mmHg	
	- Thiết bị được tích hợp máy in nhiệt	
	- Thiết bị có tính năng cho phép hiệu chỉnh kết quả đo khi nhập độ dày giác mạc.	
	- Có khả năng đo tự động và đưa ra giá trị trung bình của các lần đo	
	- Có chức năng cảnh báo an toàn cho bệnh nhân khi đầu đo tiến quá gần đến mắt bệnh nhân	
	- Có cổng kết nối: RS-232C hoặc tương đương	
	- Bàn đặt máy: chân bàn, giá đỡ được điều khiển bằng điện	
d	**Yêu cầu khác**	
	- Địa điểm lắp đạt và bàn giao: Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng	
	- Thời gian bảo hành: ≥12 tháng	
	- Thời gian bảo trì sau bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	
	- Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 năm	
2	**Kính hiển vi phẫu thuật mắt**	
a	**Yêu cầu chung**	

STT	Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật (để tham khảo)	Ghi chú
	- Thiết bị mới 100%	
	- Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi	
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO13485 hoặc tương đương	
	- Máy chính có xuất xứ thuộc nhóm G7	
b	**Yêu cầu cấu hình**	
	- Chân đế sinh hiển vi: 01 chiếc	
	- Cần treo kính: 01 chiếc	
	- Nguồn sáng kèm bóng nguồn sáng kết nối đồng bộ: 01 bộ	
	- Giá đỡ kính hiển vi: 01 chiếc	
	- Bàn đạp: 01 chiếc	
	- Thị kính 12,5x: 02 chiếc	
	- Vật kính: 01 chiếc	
	- Đệm slicon tiệt trùng: 04 chiếc	
	Phụ kiện đi kèm:	
	- Bạt phủ bụi: 01 chiếc	
	- Bóng nguồn sáng dự phòng: 01 chiếc	
	- Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ	
c	**Thông số kỹ thuật**	
	- Thay đổi độ phóng đại: 5 mức bằng trống xoay	
	- Thị kính: ≥12,5x	
	- Độ phóng đại tổng hợp: có tối thiểu 5 mức, trong đó mức lớn nhất ≥20x	
	- Thị trường: ≤9 mm đến ≥ 51 mm	
	- Vật kính có tiêu cự F ≥ 175mm	
	- Điều chỉnh công suất thị kính: ≤ - 5D đến ≥ + 5D	
	- Bộ lọc ít nhất có các loại: có tối thiểu 4 loại lọc khác nhau	
	- Nguồn sáng bằng Halegen hoặc Led; Cường độ sáng ≥ 110.000 lux hoặc có thể điều chỉnh ≥ 9 mức	
	- Trường sáng đồng trục: đường kính ≥ 50mm	
	- Vi chỉnh lấy nét bằng động cơ điện hoặc tương đương	
	- Khoảng vi chỉnh: ≥30mm	
	- Tốc độ vi chỉnh: ≥1.3mm/giây	
	- Độ nghiêng ống kính: 0 đến ≥30°	
d	**Yêu cầu khác**	
	- Địa điểm lắp đạt và bàn giao: Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng	
	- Thời gian bảo hành: ≥12 tháng	
	- Thời gian bảo trì sau bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	
	- Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 8 năm	

PHỤ LỤC 2
NỘI DUNG BÁO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số 1472 /TB-BVLKPHCN ngày 16/ 9/2026 của Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng)

Thông tin của đơn vị báo giá: ……..
Mã số thuế: ……
Địa chỉ: ……..
Điện thoại: …….
Email: ……

Kính gửi: Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng

Căn cứ Thông báo số 1472 /TB-BVLKPHCN ngày 16/9/2026 của Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng Về việc mời báo giá "Thiết bị nhãn khoa (Lần 2) phục vụ công tác chuyên môn của khoa Liên chuyên khoa Hệ ngoại thuộc Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng"

Chúng tôi (tên đơn vị……) có địa chỉ tại: …….. Xin gửi đến Quý Bệnh viện báo giá cụ thể như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế[2]	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất[3]	Mã HS[4]	Năm sản xuất[5]	Xuất xứ[6]	Số lượng/ khối lượng[7]	Đơn giá[8] (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan[9] (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)[10] (VND)	Thành tiền[11] (VND)	Phân loại TTBYT (A, B, C, D)
1											
n	...										

*(Tham khảo chỉ dẫn theo phần **ghi chú**; Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)*

2. Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng và thông số kỹ thuật, điều kiện lắp đặt

STT	Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật (Thông tin tham khảo chào giá)	Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán	
		Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật	Tài liệu chứng minh cho các thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật
1	**Máy đo nhãn áp**	**Máy đo nhãn áp** Model: Hãng sản xuất: Xuất xứ/Nước sản xuất:	
a	**Yêu cầu chung**		
	- Thiết bị mới 100%		

STT	Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật (Thông tin tham khảo chào giá)	Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán	
		Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật	Tài liệu chứng minh cho các thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật
	- Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi		
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO13485 hoặc tương đương		
	- Máy chính có xuất xứ thuộc nhóm G7		
b	**Yêu cầu cấu hình**		
	Máy đo nhãn áp không tiếp xúc kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, trong đó bao gồm:		
	- Máy chính: 01 cái		
	- Máy in tích hợp: 01 cái		
	- Gía đỡ cằm: 01 chiếc		
	- Giấy in nhiệt: 03 cuộn		
	- Giấy lót cằm: 01 hộp		
	- Nút chặn giấy lót cằm: 01 bộ		
	- Bao phủ bụi: 01 cái		
	- Bàn đặt máy (điều khiển bằng điện): 01 cái		
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ		
c	**Thông số kỹ thuật**		
	- Màn hình LCD hoặc tương đương có điều khiển cảm ứng, kích thước ≥ 5,7 inch		
	- Dải đo của máy: Khoảng từ ≤ 1 đến ≥ 60mmHg		
	- Thiết bị được tích hợp máy in nhiệt		
	- Thiết bị có tính năng cho phép hiệu chỉnh kết quả đo khi nhập độ dày giác mạc.		
	- Có khả năng đo tự động và đưa ra giá trị trung bình của các lần đo		

STT	Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật (Thông tin tham khảo chào giá)	Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán	
		Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật	Tài liệu chứng minh cho các thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật
	- Có chức năng cảnh báo an toàn cho bệnh nhân khi đầu đo tiến quá gần đến mắt bệnh nhân		
	- Có cổng kết nối: RS-232C hoặc tương đương		
	- Bàn đặt máy: chân bàn, giá đỡ được điều khiển bằng điện		
d	**Yêu cầu khác**		
	- Địa điểm lắp đạt và bàn giao: Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng		
	- Thời gian bảo hành: ≥12 tháng		
	- Thời gian bảo trì sau bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
	- Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 8 năm		
2	**Kính hiển vi phẫu thuật mắt**	**Kính hiển vi phẫu thuật mắt** Model: Hãng sản xuất: Xuất xứ/Nước sản xuất:	
a	**Yêu cầu chung**		
	- Thiết bị mới 100%		
	- Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi		
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO13485 hoặc tương đương		
	- Máy chính có xuất xứ thuộc nhóm G7		
b	**Yêu cầu cấu hình**		
	- Chân đế sinh hiển vi: 01 chiếc		
	- Cần treo kính: 01 chiếc		
	- Nguồn sáng kèm bóng nguồn sáng kết nối đồng bộ: 01 bộ		
	- Giá đỡ kính hiển vi: 01 chiếc		

STT	Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật (Thông tin tham khảo chào giá)	Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán	
		Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật	Tài liệu chứng minh cho các thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật
	- Bàn đạp: 01 chiếc		
	- Thị kính 12,5x: 02 chiếc		
	- Vật kính: 01 chiếc		
	- Đệm slicon tiệt trùng: 04 chiếc		
	Phụ kiện đi kèm:		
	- Bạt phủ bụi: 01 chiếc		
	- Bóng nguồn sáng dự phòng: 01 chiếc		
	- Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ		
c	**Thông số kỹ thuật**		
	- Thay đổi độ phóng đại: tối thiểu 5 mức bằng trống xoay		
	- Thị kính: ≥12,5x		
	- Độ phóng đại tổng hợp: có tối thiểu 5 mức, trong đó mức lớn nhất ≥20x		
	- Thị trường: ≤ 9 mm – ≥51 mm		
	- Vật kính có tiêu cự F ≥ 175mm		
	- Điều chỉnh công suất thị kính: ≤ - 5D đến ≥ + 5D		
	- Bộ lọc ít nhất có các loại: có tối thiểu 4 loại lọc khác nhau		
	- Nguồn sáng bằng Halegen hoặc Led; Cường độ sáng ≥ 110.000 lux hoặc có thể điều chỉnh ≥ 9 mức		
	- Trường sáng đồng trục: đường kính ≥ 50mm		
	- Vi chỉnh lấy nét bằng động cơ điện hoặc tương đương		
	- Khoảng vi chỉnh: ≥ 30mm		
	- Tốc độ vi chỉnh: ≥1.3mm/giây		
	- Độ nghiêng ống kính: 0 đến ≥30°		

STT	Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật (Thông tin tham khảo chào giá)	Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán	
		Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật	Tài liệu chứng minh cho các thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng hoặc thông số kỹ thuật
d	**Yêu cầu khác**		
	- Địa điểm lắp đạt và bàn giao: Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng		
	- Thời gian bảo hành: ≥12 tháng		
	- Thời gian bảo trì sau bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
	- Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 8 năm		

3. Báo giá này có hiệu lực: trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày …..tháng……năm 2026

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế".

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

- Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá;

- Tiêu chuẩn chất lượng, Cấu hình cung cấp, thôn số kỹ thuật và các nội dung khác kê khải theo mục 2. Phụ lục 2.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.